

Anwendung


Mängelerfassung (nur Version 9000)


Aber der Version 2024.2 steht eine neue Browserbasierte Mängelerfassung für Personen aus der Personalverwaltung zur Verfügung: [Anwendung Mängelerfassung | Drägerware Manuals \(draeger-iss.de\)](#)

Wurde in den systemweiten Einstellungen die entsprechende Funktion aktiviert, können alle Personen die in der Anwendung Personalverwaltung angelegt sind, über eine separate Anwendung Mängel zu Geräten anlegen, ohne direkten Zugriff auf die Drägerware.Werkstatt Software zu benötigen.


Die Anwendung Mängel des Werkstattmoduls wird über die Programmverknüpfung **Mängel** oder die Datei **drwWSWdr.exe** im Programmpfad (z. B. C:\Programme\Draeger\Draegerware\)) gestartet.

Nach dem Start des Programms erscheint eine Benutzeranmeldung. Hier sind alle Personen aus der Personalverwaltung als Benutzer hinterlegt.



Bei der ersten Anmeldung mit den Standardpasswort (**Personalnummer der Person**) muss das Passwort geändert werden. Das Passwort kann später jederzeit beim Anmelden an das Programm über die Schaltfläche  **Ändern** geändert werden.


Nach der Anmeldung erscheint sofort das Fenster zur Erfassung eines neuen Mangels.



Nr.	Mangel	Bearbeitungsstatus
14	Belüftung defekt	Neu gemeldet
5	bohlöghaß<	Neu gemeldet

Nach Eingabe der Identifikationsnummer wird das Gerät ausgewählt. Bestehen zu diesem Gerät noch offene Mängel, werden sie entsprechend angezeigt.

In einem zweiten Fenster werden alle Mängel die der angemeldete Benutzer erfasst hatte mit seinem Bearbeitungsstatus angezeigt.



Geräte Nr.	Mängel Nr.	Modul	Typ	Datum, Uhrzeit	Status
MED-FL-004	6	Medizintechnik	2 l / 200 bar	18.05.2018, 12...	Neu gemeldet
MED-FL-004	13	Medizintechnik	2 l / 200 bar	16.10.2019, 11...	Neu gemeldet
PA-11000-001	5	Atemschutz	PSS 7000	18.05.2018, 10...	Neu gemeldet